

Poznań, 04 października 2022 r.



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa do Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCCKZiU), biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, fabrycznie nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia pracowni kształcenia zawodowego obejmujących kierunki nauczania związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną wraz z ich dystrybucją.

Znak sprawy: DE-II.433.6.2022

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym, zgodnie z art. 135 ust. 1, 2, i 6, art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.– dalej „*pzp*”), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego:

Pytanie 1:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 2 dopuści regulację zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ręcznej regulacji zagłówka za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie 2:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 2 dopuści regulację podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza regulacji podnóżka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej.



Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”
zawodowcy.org



Pytanie 3:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 7 dopuści szerokość stołu 68 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół do masażu sterowany elektrycznie o szerokości 68 cm.

Pytanie 4:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 8 dopuści długość stołu 195 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół do masażu sterowany elektrycznie o długości 195 cm.

Pytanie 5:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 11 dopuści grubość tapicerki 5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza 5 cm grubości tapicerki.

Pytanie 6:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy zamawiający w pkt. 5 dopuści leże na jednej wysokości z regulacją jego wysokości 40 – 80 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko pielęgnacyjne, które posiada funkcję zawieszenia leża w jednej pozycji wyjściowej z zakresem regulacji 40-80 cm.

Pytanie 7:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym leże zawieszane jest na jednym poziomie z regulacją wysokości 40-80cm? Regulacja wysokości daje wystarczające możliwości opuszczenia łóżka do pozycji wygodnej dla ludzi niskiego wzrostu.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko pielęgnacyjne, które posiada funkcję zawieszenia leża w jednej pozycji wyjściowej z zakresem regulacji 40-80 cm.

Pytanie 8:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżka w których leże wykonane jest z drewnianych lameli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżka w których leże wykonane jest z drewnianych lameli.

Pytanie 9:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja segmentu głowy jest w zakresie 0-70°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżka, których regulacja segmentu głowy jest w zakresie 0 -70°.

Pytanie 10:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżka w których regulacja segmentu uda jest w zakresie 0-42° natomiast podudzia 0-22°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżka, których regulacja segmentu uda jest w zakresie 0-42° natomiast podudzia 0-22°.

Pytanie 11:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający w pkt. 16 opisując okrycie higieniczne olejoodporne będzie wymagał, by było one dedykowane na każdy element stołu osobno tj. zagłówka, podnóżka czy jednolitego okrycia na cały stół ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza oba rozwiązania na zasadzie równoważności.



Pytanie 12:

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Model anatomiczny 3D.

Proszę o doprecyzowanie jakiego produktu oczekuje Zamawiający w zakresie Pakietu nr 1. Specyfikacja wskazuje na stół anatomiczny, który nie jest modelem anatomicznym 3D. Stół anatomiczny jest rozwiązaniem wirtualnym i wyświetla struktury anatomiczne człowieka natomiast model anatomiczny to model fizyczny (nie jest rozwiązaniem wirtualnym). Proszę o doprecyzowanie nazwy produktu, który Zamawiający chce zamówić gdyż jest nieprawidłowa.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oczekuje oferty na model anatomiczny 3D w formie interaktywnego stołu dającego możliwość poznania anatomii człowieka w sposób dynamiczny, multimedialny poprzez trójwymiarową wizualizację części ciała.

Pytanie 13:

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Model anatomiczny 3D.

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji dla pakietu numer 1. Czy Zamawiający wymaga dostawy 14 stołów anatomicznych w kwocie wskazanej, czy 1 stołu anatomicznego z 14-stoma licencjami w kwocie wskazanej czy 14 modeli anatomicznych 3D przedstawiających ciało człowieka?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z treścią załącznika nr 2 Formularza ofertowego oraz opisem przedmiotu zamówienia informuje, że przedmiotem dostawy jest 14 sztuk modeli anatomicznych 3D w formie interaktywnych stołów z licencjami i dostępem dla minimum 5 kont użytkowników na każde urządzenie osobno.

Pytanie 14:

Dotyczy: Pakiet nr 5 – Fantom pielęgnacyjny.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom pielęgnacyjny nieposiadający możliwości symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia (p. 9 opisu przedmiotu zamówienia), lecz w zamian posiadający: możliwość pielęgnacji gastrostomii, wykonywania płukania pochwy i pobierania z niej wymazu, ustawienia różnego rozszerzenia żrenic- niezależnie dla każdej z nich (normalna, rozszerzona i zwężona) oraz pielęgnacji ran odleżynowych? Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli nie tylko złożyć ofertę większej ilości wykonawców, lecz również przełoży się na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert.



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby fantom pielęgnacyjny posiadał możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia.

Pytanie 15:

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Symulator odczuć starczych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania symulator odczuć starczych posiadający w zestawie gogle symulujące następujące stany: zwyrodnienia plamki żółtej, jaskrę, zaćmę, retinopatię, niedowidzenie połowiczne oraz starcze przytępienie wzroku? Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli nie tylko złożyć ofertę większej ilości wykonawców, lecz również przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności gogle symulujące następujące stany: zwyrodnienia plamki żółtej, jaskrę, zaćmę, retinopatię, niedowidzenie połowiczne oraz starcze przytępienie wzroku.

Pytanie 16:

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Symulator odczuć starczych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania symulator odczuć starczych nieposiadający słuchawek symulujących pogorszenie słuchu, lecz w zamian w zestawie znajdują się zatyczki, które również powodują pogorszenie się słuchu? Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli nie tylko złożyć ofertę większej ilości wykonawców, lecz również przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany słuchawek symulujących pogorszenie słuchu na zatyczki.

Pytanie 17:

Dotyczy: Pakiet nr 6 – Symulator odczuć starczych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania symulator odczuć starczych nieposiadający w zestawie kamizelki symulującej nacisk na kręgosłup, lecz posiadający ogranicznik kręgosłupa spełniający tą samą funkcję? Dopuszczenie proponowanego rozwiązania nie zmniejszy funkcjonalności otrzymanego symulatora, a pozwoli na złożenie przez wykonawców większej ilości ofert, co przełoży się na korzystniejszą cenę.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza symulatora odczuć starczych nieposiadającego w zestawie kamizelki symulującej nacisk na kręgosłup.

Pytanie 18:

Dotyczy: Pakiet nr 1 – Model anatomiczny 3D.

Współczynnik kontrastu $\geq 8000:1$

Czy zamawiający dopuści do postępowania interaktywną jednostkę w formie stołu z zamontowanym wyświetlaczem w blacie, spełniającą wszystkie wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz posiadającą kontrast statyczny 1100:1 zamiast dynamicznego współczynnika kontrastu $\geq 8000:1$? Zamawiający w opisie wymaga dynamicznego współczynnika kontrastu. Producenci urządzeń różnie opisują kontrasty, jedni podają wartość dynamicznego współczynnika kontrastu, inni tylko statycznego. Jest to różny sposób na opisywanie tego samego parametru określającego stosunek pomiędzy najciemniejszym, a najjaśniejszym punktem wyświetlanym w tym samym czasie na ekranie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności interaktywną jednostkę w formie stołu z zamontowanym wyświetlaczem w blacie, spełniającą wszystkie wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz posiadającą kontrast statyczny 1100:1 zamiast dynamicznego współczynnika kontrastu $\geq 8000:1$.

Pytanie 19:

Dotyczy terminu realizacji części nr 4, 5, 6.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 60 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju (USA, Japonia), co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy, ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw oraz brak komponentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu dostawy do 60 dni w części 4,5,6.



Pytanie 20:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie

Czy zamawiający dopuści stół o parametrach jak w załączonej karcie katalogowej?

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób szczegółowy opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1.2. W związku z powyższym oczekuje oferty stołów do masażu spełniających wymagania określone w ww. załączniku uwzględniając odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 21:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie

Czy zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej pozycji wokół podstawy stołu? To obecnie najwygodniejsze rozwiązanie na rynku umożliwiające zmianę wysokości nogą bez odrywania rąk od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej pozycji wokół podstawy stołu

Pytanie 22:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ręcznej regulacji zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyny gazowej.

Pytanie 23:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający dopuści stół o szerokości 64 cm i długości 202 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół o szerokości 64 cm i długości 202 cm.

Pytanie 24:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający dopuści stół o dużo większej regulacji wysokości w zakresie 50-101 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół o regulacji wysokości w zakresie 50 – 101cm.

Pytanie 25:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający dopuści stół o regulacji zagłówka -70 do + 40 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności stół o regulacji zagłówka -70 do + 40 stopni.

Pytanie 26:

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Stół do masażu sterowany elektrycznie.

Czy zamawiający dopuści stół o grubości tapicerki 4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza 4 cm grubości tapicerki.

Pytanie 27:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy zamawiający dopuści łóżko o parametrach jak w załączonej karcie katalogowej Luna Basic 2?

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób szczegółowy opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1.8. W związku z powyższym oczekuje oferty łóżek pielęgnacyjnych spełniających wymagania określone w ww. załączniku uwzględniając odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 28:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi poniżej poziomu materaca?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko z barierkami bocznymi opuszczanymi poniżej poziomu materaca.



Pytanie 29:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem zawieszonym na jednej wysokości, z regulacją wysokości leża w zakresie 40 – 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżko pielęgnacyjne, które posiada funkcję zawieszenia leża w jednej pozycji wyjściowej z zakresem regulacji 40-80 cm.

Pytanie 30:

Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko pielęgnacyjne z pilotem.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności łóżka, których regulacja segmentu głowy jest w zakresie 0 -70°.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Dorota Kinal

/-/

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki



Projekt „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”
zawodowcy.org

